

仕 様 書

1 品 名 小動物用超音波イメージングシステム

2 製造会社名・型式・数量

製造会社	品 名	型 番	数 量
Beijing Yeeran Technology	小動物用超音波イメージングシステム D10 LAB マウス用 (型番:D10-23L)		1式
	(内訳)	1) 小動物用超音波イメージングシステムD10 LAB マウス用 D10-23L (構成内訳) ・D10 LAB本体 ・マウス心臓用プローブ(X10-23L) ・エコー基本機能(B,M、CF、TD、PW) ・ECGキット ・ストレイン解析機能	1
		2) X6-16L(ラット) リニア 6.5-18MHz	V20009
		3) 組織速度イメージング機能(TVI)	V30036
		4) マルチゲートドプラ	V30624
		5) コントラストエコー	V30054
		6) エラストグラフィ(SE)	V30053
		7) オフライン・データ解析ソフトウェア	V30032
		8) トラベリングケース V30551	V30551
		9) 小動物用吸入麻酔装置 NARCOBIT-E イソフルラン	1

3 特 記 事 項

(1) 当該機器の運搬、搬入、組立、据付・調整、作動確認、取扱説明・操作指導を含む

(2) 当該機器の搬入工程、搬入経路、搬入車両の駐車スペースについては十分な打ち合わせをし、指示により実施すること

(3) 応札前に、現場の状況等を十分に確認の上、見積もること

(4) 作業日程については、工程表を作成し担当者の承認を得ること。また、機器の入替時期、期間については運用に支障の無いよう考慮し実施すること

(5) その他、関係法令を遵守し、実施すること

4 保 証 期 間 1年（納入検査終了後）

5 納 入 期 限 令和 9年 3月 31日

6 納 入 場 所 大阪公立大学大学院医学研究科動物実験施設本館5階  
大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3

7 仕様書に関する  
問い合わせ先 〒545-8586 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3  
大阪公立大学大学院医学研究科動物実験施設  
担当：佐賀木 電話：06-6645-2670

8 そ の 他

(1) 納入にあたっては、事前に担当者に連絡し、その指示に従うこと

(2) 本件納入物品の搬入、設置に関しては、必要に応じて養生を行うとともに、安全管理には万全の注意を払うこと。建物等を破損した場合は、速やかに補修すること

(3) 当該機器納入時に、取扱説明書、検査報告書及び保証書を提出すること