

案件名	血管撮影システム
-----	----------

質問 No.	質問箇所		質問事項	回答
	資料名	ページ番号		
1	血管撮影システム 購入仕様書	10-3)3)	キヤスター付き防護衝立(1.5mmPb 相当):1台/防護衝立の透明部分は全面、1/2面、1/3面等、特定なご要望ありますでしょうか。	防護衝立の透明部分は全面としてください。
2	血管撮影システム 購入仕様書	10-3)4)	放射線防護衣等の個人防護具および収納設備:一式/防護衣にはエプロン、ネック、眼鏡等 ございますが、種類、個数等ご指示いただけますでしょうか。	防護衣6着、ネックガード6着、眼鏡6つとしてください。 防護衣用サイドハンガー(専用品:5枚掛け)、ネックガード用壁掛け金具 (一般品:25着相当)を備えてください。
3	血管撮影システム 購入仕様書	10-3)5)	線量管理用パソコンおよびソフトウェア:2式/ソフトウェアの内容に関してご指示いただけます でしょうか。	Microsoft officeの最新版を備えてください。
4	血管撮影システム 購入仕様書	10-5)3)	橈骨動脈アプローチ用固定台:一式(左右同時アプローチにも対応すること)/指定製品はご ざいますでしょうか。	コティ(シーマン株式会社)を備えてください。同等品を可とします。
5	血管撮影システム 購入仕様書	10-5)4)	橈骨動脈アプローチ用支援補助具:一式(左右同時アプローチにも対応すること)/指定製品 はございますでしょうか。	自社製の橈骨動脈アプローチ用支援補助具を備えてください。加えて、ソ フラットカスタム品(シーマン株式会社)、及び画像診断装置用腕置台 ARTERE(村中医療器)を備えてください。同等品を可とします。
6	血管撮影システム 購入仕様書	10-5)13)	器械台:一式/サイズ、個数をご指示いただけますでしょうか。	ブラムジョイントワゴン(長方形)1台、ブラムジョイントワゴン(正方形)1台 を備えてください。同等品を可とします。
7	血管撮影システム 購入仕様書	10-5)14)	造影剤等の加温設備一式/種類、個数等ご指示いただけますでしょうか。	Comfix レディーボックス モデル5(西山製作所)を備えてください。同等品 を可とします。
8	血管撮影システム 購入仕様書	10-5)16)	その他、補助具作成用材料等:一式/材料のご指示いただけますでしょうか。	体圧分散ウレタンフォーム(ソフトナース、ピンク)1枚、高発泡ポリエチレン フォーム(L-2000相当1枚、L-1002相当)1枚を備えてください。同等品を 可とします。
9	血管撮影システム 購入仕様書	10-7)3)	線量測定用ノートパソコン1台、およびソフトウェア一式/ソフトウェアの内容に関してご指示い ただけますでしょうか。	ソフトウェアとしてMicrosoft officeの最新版、およびAccu-Gold+(Radcal 社)用のソフトウェアを備えてください。
10	血管撮影システム 購入仕様書	10-8)	薬剤や器材、診療材料等の保管設備:一式/大きさ、個数のご指示いただけますでしょうか。	ガウン等収納カート:特注品(サカセ化学)参考型式:C64-AS15151A、 処置カート:特注品(サカセ化学)参考型式:CUA3-A22AKZSDを備えてく ださい。同等品を可とします。
11	血管撮影システム 購入仕様書	10-9)	装置の付属品や構成品等の保管設備:一式/ソフトウェアの内容に関してご指示いただけま すでしょうか。	ソフトウェアは不要です。納入するシステムの付属品や構成品等を整理し て保管できる設備を備えてください。
12	血管撮影システム 購入仕様書	10-10)	その他、診療を実施するために必要な機器/種類、個数等ご指示いただけますでしょうか。	納入する血管撮影システムで「2. 2-1)～9)」を充足するために、不可欠な 構成品及び精度の保証のために必要な備品を備えてください(納入企業 のベーシックな整備方針に一任)。
13	血管撮影システム 購入仕様書	11-5)	2),3),4),5)6)各システムの名称と各システムとの接続方法をご指示いただけますでしょうか。	2)Kada-Serve、3)SYNAPSE VINCENT、4)CARTO3、5)SYNAPS QA、 6)CathWorks FFRangioがシステム名称です。 接続方法は、11項に示すネットワーク接続の要件に倣うことを原則としま すが、機器により指定する接続がある場合はその限りではありません。
14	血管撮影システム 購入仕様書	11-5)7)	その他、関連システムに関して 可能な限りシステム名称を教えてくださいいただけます でしょうか。	OCT画像診断装置のOPTIS(アボットジャパン)がシステム名称です。
15	血管撮影システム 購入仕様書	11-6)4)	その他、関連システムに関して 可能な限りシステム名称を教えてくださいいただけます でしょうか。	心腔内超音波装置のViewMate ZS3(アボットジャパン)、ACUSON P500 (シーメンスヘルスケア)、及び観血血圧モニタのCoroFlow(アボットジャパ ン)、OptoMonitor3(カネカメディックス)がシステム名称です。
16	血管撮影システム 購入仕様書	15-5)	保証期間、重点保障期間における故障に対しては無償対応、部品の無償交換を行うこと/こ ちらは血管撮影システム以外の設備や周辺機器にも該当しますでしょうか。	血管撮影システム以外の設備や周辺機器は該当しません。