

オーディオメータに関する質問書に対する回答書

質問事項		回答
仕様書 項目番号	質問内容	
3 特記事項	<p>(5) システムとの接続作動確認を含む</p> <p>※現在ご使用中の聴覚データベースシステム (DF-61) への接続はできません。</p> <p>「オーディオメータと各機器 (スピーカー他) の接続作動確認を含む」であれば問題ありません。</p> <p>オーディオメータと各機器 (スピーカー他) の接続作動確認という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みの通りです。聴覚データベースシステム (DF-61) との接続は不要です。</p> <p>仕様書3特記事項 (5) のシステムの定義に「聴覚データベースシステム (DF-61)」を含まないものとします。</p>