

# 仕 様 書

1 品 名 廃棄用高圧蒸気滅菌器

2 メーカー名・型式・数量

メーカー名	型 式	数 量
(株)平山製作所	廃棄用高圧蒸気滅菌器	1式
	(内訳) 消臭機能付ハイクレーブ HVN-85 II LB	6
	ステンレス製丸型金網カゴ φ 380×H285mm	12

3 特 記 事 項 (1)一時側工事の施工区分は別紙のとおり  
(2)当該物品の搬入・据付・作動確認業務を含む  
(3)当該物品の搬入工程、搬入経路、搬入車両の駐車スペースについては十分な打ち合わせをし、指示により実施すること  
(4)物品の設置に関わる打合せは当院と協議のうえ適宜実施すること  
(5)当該物品の動作確認、調整、操作指導を含む

4 保 証 期 間 1年(納入検査終了後)

5 納 期 令和9年1月(大阪市からの建物引き渡し予定日)から  
令和9年3月31日までの当院が指定する日までとする

6 納 入 場 所 大阪健康長寿医科学センター  
大阪市住之江区東加賀屋1丁目

7 仕様書に関する  
問合せ先 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7  
公立大学法人大阪 阿倍野キャンパス事務局  
財務課 担当:中野 電話06-6645-2811

8 そ の 他 (1)納入にあたっては、事前に担当者に連絡し、その指示に従うこと  
(2)本件納入物品の搬入、設置に関しては、必要に応じて養生を行うとともに、安全管理には万全の注意を払うこと。建物等を破損した場合は、速やかに補修すること  
(3)当該物品納入時に、社内試験報告書、保証書及び取扱説明書を提出すること  
(4)当該物品に関し、迅速なアフターサービス、メンテナンスの体制が整備されていること

## 廃棄用高圧蒸気滅菌器 工事区分表

工事項目	工事区分	1次側工事			メーカー
		建築	電気	設備	
<b>廃棄用高圧蒸気滅菌器</b>					
1	装置本体の設置				○
2	給水栓の設置			○	
3	排水用側溝の設置	○			
4	オートクレーブ用電源(单相200V20A)		○		
5	上記二次側接続 ※プラグ含む				○