

X線透視システムに関する質問書に対する回答書

質 問 事 項		回 答
仕 様 書 項 目 番 号	質 問 内 容	
5-2) 3)	「上下、左右を非対称に絞る機能」とありますが、4辺（上羽根、下羽根、左羽根、右羽根）の絞り羽根を独立して任意の位置に設定できる機能との理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
11-2) 2)	「操作室では透視画像、参照画像に加え、超音波画像、生体モニタなどの外部入力情報を参照できること」とありますが、接続機器の映像出力端子の種類は、DVI、HDMI、SDIを想定する理解で宜しいでしょうか。 また、操作室のモニタは24インチ程度との理解で宜しいでしょうか。	周辺機器の仔細内容はまだ決定していないため、導入決定後の打ち合わせ作業時に検討いたします。接続機器は仕様書のとおりですので、全国の医療機関における一般的な接続・設定を想定ください。 操作室のモニタはお見込みのとおりです。
12-3)	時計に関しては壁掛けや卓上などご指定はございますでしょうか。	操作卓上にデジタル式の置き時計を備えてください。型式の指定はありません。
12-4)	「患者観察用カメラおよびモニタ等」とありますが、カメラの機能は、パン、チルト、ズーム付とし操作室で操作可能との理解で宜しいでしょうか。 また、モニタのサイズは、24インチ程度との理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
13-6) 1)	「レールを備えた天井懸架式の防護板」とありますが、11-1) 2)に示される天井懸架式モニタのレールとは別の独立したレールとの理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。