

移動型X線透視診断システムに関する質問書に対する回答書

質 問 事 項		回 答
仕 様 書 項 目 番 号	質 問 内 容	
5. Cアームは、手術での消潔保持に配慮した大径で、以下の機能を備えること。 5-1) 手動および電動操作に対応していること。	手動操作は前後動が可能です但回転や上下動操作は電動になります。	仕様書のとおりとします。手動操作により前後動が可能であり、回転や上下動は電動操作に対応していれば可とします。
8-5)導入予定のシステムと接続・設定すること 1) 放射線情報システム(RIS) 2) 医療用画像管理システム(PACS) 3) DICOM画像検像システム 4) その他、関連システム	4)その他、関連システムについて、接続が必要なシステム名とメーカーをご教授お願い致します。	周辺機器の仔細内容はまだ決定していないため、導入決定後の打ち合わせ作業時に検討いたします。全国の医療機関における一般的な接続・設定を想定ください。