

仕 様 書

1 品 名 過酸化水素ガス滅菌装置

2 メーカー名・型式・数量

メーカー名	型 式	数 量
三浦工業(株)	過酸化水素ガス滅菌器	1式
	(内訳) 過酸化水素ガス滅菌器 XZ-100 ・滅菌物収納方式 棚板2段(耐荷重10Kg/段) ・ドア構造・開閉機構 エアシリンダ上下スライド式・自動開閉 ・内缶寸法:幅402mm×奥行682mm×高さ367mm ・庫内容積:100L	1
	過酸化水素カートリッジ(4個入り、過酸化水素濃度3%・45%) OM-A	1
	インジケータオゾン過酸化水素 200枚入り DI-200M	1
サクラ精機(株)	過酸化水素ガス滅菌装置	1式
	(内訳) 過酸化水素ガス滅菌装置 V-PRO max2 片扉 VP50002310	1
キャノンメドテックサプライ(株)	スピード低温滅菌システム	1式
	(内訳) スピード低温滅菌システム ES-H1600 TYPE-SD	1

※上記メーカーの製品のうち、いずれか1式

- 3 特 記 事 項 (1)当該機器の搬入・据付・作動確認業務を含む
(2)当該機器の搬入工程、搬入経路、搬入車両の駐車スペースについては十分な打ち合わせをし、指示により実施すること
(3)機器の設置に関わる打合せは当院と協議のうえ適宜実施すること
(4)当該機器の動作確認、調整、操作指導を含む
- 4 保 証 期 間 1年(納入検査終了後)
- 5 納 期 令和9年1月(大阪市からの建物引き渡し予定日)から
令和9年3月31日までの当院が指定する日までとする
- 6 納 入 場 所 大阪健康長寿医科学センター
大阪市住之江区東加賀屋1丁目
- 7 仕様書に関する
問合せ先 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7
公立大学法人大阪 阿倍野キャンパス事務局
財務課 担当:鈴木 電話06-6645-2813
- 8 そ の 他 (1)納入にあたっては、事前に担当者に連絡し、その指示に従うこと
(2)本件納入物品の搬入、設置に関しては、必要に応じて養生を行うとともに、安全管理には万全の注意を払うこと。建物等を破損した場合は、速やかに補修すること
(3)当該機器納入時に、社内試験報告書、保証書及び取扱説明書を提出すること
(4)当該物品に関し、迅速なアフターサービス、メンテナンスの体制が整備されていること