

# 仕 様 書

1 品 名 眼振計測・眼球運動検査装置

2 メーカー名・型式・数量

| メーカー名   | 型 式                               | 数 量         |
|---------|-----------------------------------|-------------|
| 第一医科(株) | 眼振計測・眼球運動検査装置                     | 1式          |
|         | (内訳) 眼球運動検査装置 yVOG-Glass          | 48-601-00 1 |
|         | yVOG-Glass専用オプション 視刺激システム(モニター含む) | 48-601-50 1 |
|         | FNG2004 レポート転送設定                  | 004851010 1 |

3 特 記 事 項 (1)当該機器の搬入・据付・作動確認業務を含む  
(2)当該機器の搬入工程、搬入経路、搬入車両の駐車スペースについては十分な打ち合わせをし、指示により実施すること  
(3)機器の設置に関わる打合せは当院と協議のうえ適宜実施すること  
(4)当該機器の動作確認、調整、操作指導を含む  
(5)聴覚検査結果支援システムとの接続作動確認を含む

4 保 証 期 間 1年(納入検査終了後)

5 納 期 令和9年1月(大阪市からの建物引き渡し予定日)から  
令和9年3月31日までの当院が指定する日までとする

6 納 入 場 所 大阪健康長寿医科学センター  
大阪市住之江区東加賀屋1丁目2番22号

7 仕様書に関する問  
合せ先 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7  
公立大学法人大阪 阿倍野キャンパス事務局  
財務課 担当:玉置 電話06-6645-2811

8 そ の 他 (1)納入にあたっては、事前に担当者に連絡し、その指示に従うこと  
(2)本件納入物品の搬入、設置に関しては、必要に応じて養生を行うとともに、安全管理には万全の注意を払うこと。建物等を破損した場合は、速やかに補修すること  
(3)当該機器納入時に、社内試験報告書、保証書及び取扱説明書を提出すること  
(4)当該物品に関し、迅速なアフターサービス、メンテナンスの体制が整備されていること