

# 仕 様 書

1 品 名 ベッドセンサー

2 メーカー名・型式・数量

メーカー名	型 式	数 量
シーホネンス(株)	ベッドセンサー	1式
	BS009／ワイヤレスナースコール接続セット	AAMSKWLS/25 40
	(内訳) aams.介護 本体(BS009)	AAMSK/25
	aams/smilebaby用ACアダプター(3m)	B018-AAMSKAC3
	ワイヤレス分配機	JC-XXWL
	ワイヤレス分配機用ACアダプター	AC024
	管理マスターサーバー L41-50	NUCMS06/23 2
	管理マスターサーバー L31-40	NUCMS05/23 1
	aams管理用 ノート型パソコン	3
	アクセスポイント	AT-TQ6702 GEN2 31
PoE_SW	AT-SH230-18GP 3	
メーカー名	型 式	数 量
パラマウントベッド(株)	ベッドセンサー	1式
	ソフトウェア	
	(内訳) サーバーライセンス	XXSW500 1
	ステーション端末ライセンス	XXSW300 3
	ハードウェア	
	(内訳) サーバー一式(OS含む)	SZ-HW200 1
	サーバー付帯品一式	SZ-HW201 1
ステーション端末(OS含む)	SZ-HW300 2	
眠りSCAN5	NN-1530 40	

※上記メーカーの製品のうち、いずれか一式

- 3 特 記 事 項
- (1)一時側工事の施工区分は別紙のとおり
  - (2)設置工事費を含むこと
  - (3)当該機器の搬入・据付・作動確認業務を含む
  - (4)当該機器の搬入工程、搬入経路、搬入車両の駐車スペースについては十分な打ち合わせをし、指示により実施すること
  - (5)機器の設置に関わる打合せは当院と協議のうえ適宜実施すること
  - (6)当該機器の動作確認、調整、操作指導を含む
  - (7)システムとの接続作動確認を含む
- 4 保 証 期 間 1年(納入検査終了後)
- 5 納 期 令和9年1月(大阪市からの建物引き渡し予定日)から  
令和9年3月31日までの当院が指定する日までとする
- 6 納 入 場 所 大阪健康長寿医学センター  
大阪市住之江区東加賀屋1丁目2番22号
- 7 仕様書に関する問合せ先 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7  
公立大学法人大阪 阿倍野キャンパス事務局  
財務課 担当:中野 電話06-6645-2811
- 8 そ の 他
- (1)納入にあたっては、事前に担当者に連絡し、その指示に従うこと
  - (2)本件納入物品の搬入、設置に関しては、必要に応じて養生を行うとともに、安全管理には万全の注意を払うこと。建物等を破損した場合は、速やかに補修すること
  - (3)当該機器納入時に、社内試験報告書、保証書及び取扱説明書を提出すること
  - (4)当該物品に関し、迅速なアフターサービス、メンテナンスの体制が整備されていること

## ベッドセンサー設置工事区分表

工事項目	工事区分	1次側工事			メーカー
		建築	電気	空調/ 衛生	
<b>工事内容</b>					
1 EPS内PoEHUB用100V電源設置			○		
2 EPS内電源装置用木板設置			○		
3 PoEHUBの設置					○
4 専用APの設置					○
5 PoEHUB～専用AP間の配線					○
6 EPS～病棟エリアまでの防火区画貫通処理			○		
7 1FリハビリCRまでのネットワーク将来拡張用の配線経路確保(※)			○		
8 ベッドセンサー設置、調整					○

(※)配線経路とは、ケーブルラック、天井内ころがし、空配管とする。