

仕 様 書

1 品 名 超音波画像診断装置（生理検査室）

2 メーカー名・型式・数量

メーカー名	型 式	数 量
	超音波画像診断装置（生理検査室）	1式
	Aplio me	
キヤノン メディカル システムズ(株)	(内訳) 超音波診断装置	CUS-AME00/JJ 1
	-本体・液晶モニタ・DICOMキット・通信トング	
	CWキット	UHFL-CW 1
	Reference Signalキット	UHME-REFSG 1
	ECG電極リード線	BR-903FT 1
	ファストクリップ（はさみ電極）	NC-144ET 1
	パームコントローラーキット	UHCO-PT003A 1
	Contrast Enhancementキット	USME-CENH 1
	Superb Micro-vascular Imagingキット	USME-SMI 1
	セクタプローブ	PSU-28BT 1
	高周波リニアプローブ	PLU-1204BT 1
	コンベックスプローブ	PVU-375BT 1
	高周波リニアプローブ	PLU-805BT 1
	ゼリーウォーマ	UZGW-008A 1
	バーコードリーダー	HR-30UB 1
	周辺機器搭載ユニット	UHME-PERMDC 1
	デジタル白黒プリンタ（DC）	UP-D898DC 1
	ペーパーシート	SONO PPR L700 1
	ソノゼリー	S-JELLY350M12 1
		Aplio Beyond
(内訳) 超音波診断装置	CUS-ABE00/JJ 1	
-本体・液晶モニタ・DICOMキット・通信トング		
CWキット	UHFL-CW 1	
Reference Signalキット	UHBE-REFSG 1	
ECG電極リード線	BR-903FT 1	
ファストクリップ（はさみ電極）	NC-144ET 1	
パームコントローラーキット	UHCO-PT003A 1	
Contrast Enhancementキット	USME-CENH 1	
Superb Micro-vascular Imagingキット	USME-SMI 1	
Liver Package Basicキット	USME-LVRP 1	
Auto EF Measurementキット	USME-AEFM 1	
2D Wall Motion Trackingキット	USME-2DWMT 1	
2D Wall Motion Tracking Advanceキット	USBE-2DWMTA 1	
Quick Strainキット	USME-AGLS 1	
セクタプローブ	PSU-28BT 1	
コンベックスプローブ	PVU-475BTW 1	
高周波リニアプローブ	PLU-805BT 1	
高周波リニアプローブ	PLU-1204BT 1	
ゼリーウォーマ	UZGW-008A 1	
バーコードリーダー	HR-30UB 1	
周辺機器搭載ユニット	UHBE-PERMPB 1	
デジタル白黒プリンタ（DC）	UP-D898DC 1	
ペーパーシート	SONO PPR L700 1	
ソノゼリー	S-JELLY350M12 1	

メーカー名	型 式		数 量	
キヤノン メディカル システムズ(株)	超音波画像診断装置 (生理検査室)		1式	
	Aplio Beyond			
	(内訳)	超音波診断装置	CUS-ABE00/JJ	2
		-本体・液晶モニタ・DICOMキット・通信トング		
		CWキット	UHFL-CW	2
		Reference Signalキット	UHBE-REFSG	2
		ECG電極リード線	BR-903FT	2
		ファストクリップ (はさみ電極)	NC-144ET	2
		パームコントローラーキット	UHCO-PT003A	2
		Contrast Enhancementキット	USME-CENH	2
		Superb Micro-vascular Imagingキット	USME-SMI	2
		Liver Package Basicキット	USME-LVRP	2
		Auto EF Measurementキット	USME-AEFM	2
		2D Wall Motion Trackingキット	USME-2DWMT	2
		2D Wall Motion Tracking Advanceキット	USBE-2DWMTA	2
		Quick Strainキット	USME-AGLS	2
		セクタプローブ	PSU-28BT	2
		コンベックスプローブ	PVU-475BTW	2
		高周波リニアプローブ	PLU-805BT	2
		高周波リニアプローブ	PLU-1204BT	2
	ゼリーウォーマー	UZGW-008A	2	
	バーコードリーダー	HR-30UB	2	
	周辺機器搭載ユニット	UHBE-PERMPB	2	
	デジタル白黒プリンタ (DC)	UP-D898DC	2	
	ペーパーシート	SONO PPR L700	2	
	ソノゼリー	S-JELLY350M12	2	

※上記製品のうち、いずれか1式

- 3 特 記 事 項 (1)当該機器の搬入・据付・作動確認業務を含む
(2)当該機器の搬入工程、搬入経路、搬入車両の駐車スペースについては十分な打ち合わせをし、指示により実施すること
(3)機器の設置に関わる打合せは当院と協議のうえ適宜実施すること
(4)当該機器の動作確認、調整、操作指導を含む
(5)生理検査システムとの接続作動確認を含む
- 4 保 証 期 間 1年(納入検査終了後)
- 5 納 期 令和9年1月(大阪市からの建物引き渡し予定日)から
令和9年3月31日までの当院が指定する日までとする
- 6 納 入 場 所 大阪健康長寿医科学センター
大阪市住之江区東加賀屋1丁目2番22号
- 7 仕様書に関する
問合せ先 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7
公立大学法人大阪 阿倍野キャンパス事務局
財務課 担当：鈴木 電話06-6645-2811
- 8 そ の 他 (1)納入にあたっては、事前に担当者に連絡し、その指示に従うこと
(2)本件納入物品の搬入、設置に関しては、必要に応じて養生を行うとともに、安全管理には万全の注意を払うこと。建物等を破損した場合は、速やかに補修すること
(3)当該機器納入時に、社内試験報告書、保証書及び取扱説明書を提出すること
(4)当該物品に関し、迅速なアフターサービス、メンテナンスの体制が整備されていること